भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–226101 (भारत)
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India)
Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025
Web Site www. cish.res.in; E-mail- cish.lucknow@gmail.com

फा. सं. 5–21 (B) / 2019–20 / क्रय / Water Purification Unit

दिनांकः 10.10.2019

सेवा में,

_____
_____
_____

विषयः– Water Purification Unit निविदा इनक्वारी दिनांक 24.09.2019 के सम्बंध में।

संन्दर्भः–प्री–बिड मीटिंग दिनांक 09.10.2019 के अनुसार Specification Revised of Molecular Biology Grade Water Purification Unit.

महोदय,

उक्त के संन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि Molecular Biology Grade Water Purification Unit क्रय करने हेतु प्री–बिड मीटिंग दिनांक 09.10.2019 को की गयी, जिसके अनुसार उपकरण के तकनीकी विवरण में संशोधन किया गया है तथा संशोधित तकनीकी विवरण संस्थान की वेबसाइट http://www.cish.res.in पर उपलब्ध है। शेष नियम व शर्तें निविदा दिनांक 24.09.2019 के अनुसार यथावत रहेंगी।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार उपकरण का संशोधित तकनीकी विवरण।
Annexure-I

भवदीय्

(आर.एन. मल्लिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. प्रभारी एरिस / कम्प्यूटर, सेल के.उ.बा. संस्थान, लखनऊ से अनुरोध है कि निविदा इनक्वारी संस्थान की वेबसाइड पर अपलोड करने की कृपा करें।
2. मांगकर्ता अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक के.उ.बा. संस्थान, लखनऊ

Annexure-I

Revised Specification of Molecular Biology Grade Water Purification Unit. (Date 09.10.2019)

Automation grade	Semi-automatic
Capacity inlet	Up to 70 L per hour, Prefilter should be fitted (5,31 μ fitted)
Type of purification plants	Ultra filtration, Softener, Reverse osmosis, UV, Microfiltration
Display	Graphical LCD display
Type I grade water	Particulates: <1μ/ml TOC: <5ppb Dispensing rate: 0.01 to 2L per min End point filter: 0.22 micron
Type II grade water	Electro Deionized water, TOC content <30ppb Capacity: 50 liter/day Bacteria: <Icfu/10ml
Flow rate	Up to 30L per hr
Tank	Storage tank: 50L (type I water) + 20L tank for type II water
Warranty	1 year

NOTE:- The vendors also quote rates separately of cartridges, other spares, parts etc. require for use and give undertaking to supply on quoted rates for next three years from the date of installation/commissioning of the water purification unit.